medical ECONET
GERMANY



BRAYDEN

První figurína KPR pro objehový system, která zobrazuje vizuální tok krve ze srdce do mozku

Dále s pomocí programu BRAYDEN se studenti nejenom snadno naučí, jak provést správnou KPR, ale také si vyzkouší věrnou simulaci, aby pochopili zásadní význam správné KPR.

Specifikace

Parametr	Torso
Vizuální zobrazení průtoku krve od srdce do mozku při správné KPR	Ano
Hloubka komprese hrudníku a sensor měření rychlosti	Ano
Výdechová část je odkloněna od zachránce	Ano
Naklápění hlavy a zdvižení brady pro otevření dýchacích cest	Ano
Systém vzduhové cesty	Bezúdržbový s výměnou jednorázových plic
Ribs, Xiphold	Yes
Clicker (Audible feedbeck)	Yes
Délka	59 cm
Váha	3,1 kg (6.8lb) (including batteries)
Váha celého kompletu	5,3 kg (G/W), 4,3 kg (N/W)
Rozměry kompletu	37 cm x 26 cm 62 cm
Provozní teplota	15°C to 30°C (59°F to 86°F)
Skladovací teplota	-10°C to 40°C (14°F to 122°F)
Vlhkost	Relativní vlhkost mezi 5% až 95%
Záruka	2 roky (mimo spotřební materiál)
Napájení	AC Adapter (vstup AC 100 ~ 260 V, Výstup DC 9V 1A) Baterie C typu (6 kusů)

Obsah dodávky



Funkce

HRUDNÍ KOMPRESE INDIKOVANÁ LED

Tato indikace reprezentuje objem krve, která cirkuluje při kompresi hrudníku. Tento objem závisí na hloubce kompresí. LED budou plně svítit pouze tehdy, když hloubka komprese přesahuje 5 cm.

KREVNÍ CIRKULACE INDIKOVANÁ LED

Tato indikace reprezentuje tok krve ze srdce do mozku. Rychlost průtoku se mění podle hloubky a rychlosti stlačení. Tyto hodnoty budou plně svítit, jakmile je rychlost komprese vyšší než 100 za minutu.

KVALITA KPR INDIKOVANÁ LED

Tato funkce indikuje, že se začíná prokrvovat mozek. Tato indikace se rozsvítí pouze tehdy, když je rychlost a komprese správná. Tyto tři ukazatelé vám ukazují, jak přesně provádíte KPR



medical ECONET

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890 - 0 info@medical-econet.com
f: +49 (0) 208 377 890 - 55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet

Distributor

Honest elektro s.r.o.
...s důvěrou a spolehlivostí...
Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc IČ: 04294556
e mail: info@honestelektro.cz
Tel: +420 588 188 475
Zapsaná ve VR u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 63090 www.honestelektro.cz

*Všechny technické specifikace mohou být změněny bez upozornění